



## TEKNİK ŞARTNAME

### 1-TEK KULLANIMLIK MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ :


- 3 katlı Nonwoven (dokusuz) kumaştan üretilmiş olacaktır.
- Full Ultrasonic olacaktır.
- Lateks içermeyecektir.
- Yuvarlak lastikli ve lastikler dikişli olacaktır.
- Esnek ve yumuşak olup, yüze tam uyum sağlayacak şekilde olacaktır.
- Hava geçirir, kolay nefes almayı sağlayacak şekilde olacaktır.
- Esnek, sağlam ve rahat maske taşınabilirliğini, maskenin kullanıcıya özel yüz şekline göre uyumunun artırılmasını ve daha rahat müdahalede bulunmasını sağlaması için burun klipsi olacaktır, Burun klipsleri maskeye yapışık şekilde olup klips dışında bırakılan teller kabul edilmeyecektir.
- Tüylenez, 3 katlı ve 3 köruklü olacaktır.
- Bir kutu / pakette 50 adet olacaktır.
- Üruen CE Belgeli , ISO 9001 belgeli olacaktır.
- Üruenin teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olacaktır.

### 2-NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ :

- Eldiven 100'lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
- Eldiven pudra içermemelidir.
- Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.
- Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.
- Eldivenin avuç içi kalınlığı 0, 12 mm olmalıdır.
- Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır.
- Eldivenin ebatı Large olmalıdır.
- Eldivenin EN 374, EN 455 standardına uygun olmalıdır.
- Üruen CE si olacaktır.

### 3-DİĞER HUSUSLAR:

- Numuneler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- Üruen teslim süresi yüklenici firmaya tebliğinden itibaren 10 iş günü olacaktır.

  
Burhan BURKAN  
Sağlık İşleri Şube Müdürü